

質問書回答

令和7年7月17日

「手術管理システム更新業務」について、下記の質問事項に対して、回答します。

記

項目 (資料名・ページ・項目番号・項目)	質問内容	回答
業務機能要件回答一覧 5-1-6-2 業務実績調書	弊社が直接契約した病院実績では10施設ございませんが、提案するメーカーのシステムが「400床以上の導入実績を10施設保有していれば良い」との認識でよろしいでしょうか。	可とします。 ただし、業務実績調書についてはシステム業者のもの、会社概要、指名停止等措置状況調書、事業者本社の国税、県税及び市町村税の滞納がないことの証明については両者のものを提出ください。 また、システム業者の窓口となる委任状を任意様式で提出ください。
業務機能要件回答一覧 5-5-4	提案システムでの基本的な表示時間軸は30分、1時間、2時間、4時間、8時間、12時間、24時間となります。要件内には3時間、6時間表示が含まれておりますが、必須要件となりますでしょうか。	必須要件ではございません。
業務機能要件回答一覧 5-5-34	要件の薬剤にリドカインが含まれていますが、実際にリドカインのシミュレーションをご使用されますでしょうか。	リドカインに関しては使用しないと考えますので、必須要件ではございません。
業務機能要件回答一覧 5-10-1	接続対象の生体情報モニタ11台の内、内視鏡室に設置されている台数と機種についてご教示ください。	Philips社製 IntelliVue MX400 1台です。
企画提案書 作成要領 2 書式指定	「A4で作成すること」と記載がございます。横書きで良いですか。また、2up資料として作成も許可いただけますか。	横書きで構いません。なお、印刷は1upでお願いします。
仕様書 2-4	血液ガス分析装置接続用3台と記載がございます。ICU HCU以外のあと1台の機種と設置場所についてご教示ください。	以下の機器と接続しております。 【ICU】 日本光電社 MEK6500 1台 ラジオメーター社 ABL835 1台 【HCU】 ラジオメーター社 ABL835 1台

仕様書 3-1-2	<p>カラーレーザープリンタは現行 HIS 準備のカラーレーザープリンタを共用していますが、現行環境と同様の想定で問題ありませんでしょうか？</p> <p>別途カラーレーザープリンタを追加という場合には、設置される場所と接続するための電源およびネットワークなどの設備側について、病院様にて準備いただける認識で良いでしょうか？</p>	左記のご認識で相違ありません。
仕様書 5-5-47	<p>現状の病院規則としては、作業する場合は最短で5営業日前申請と伺っております。その場合、1週間以内の対応は、病院規則に乗っ取ると、困難となりますが、どの様に判断すればよいでしょうか。</p>	<p>「1週間以内に対応するなど対応基準を設けること」の”1週間”はあくまで例であり、病院側の要望に対して、対応目処を明確に決めて保守対応をお願いします。</p> <p>その上で、設定・環境変更作業を行う際の作業申請は原則1週間前（5営業日前）とルールを定めておりますが、緊急対応等でやむを得ない場合は情報システム課へ連絡の上、対応を頂ければ問題ありません。</p>
仕様書 5-5-48	<p>「後発品の薬剤名が異なっても合算する」という意味について、同一計算式を用いる、同一グラフ上に同時に表示するなど、どのように解釈すれば良いか不明なため、詳しくご説明を頂けませんでしょうか？</p>	<p>現在は同一一般名の薬剤でも商品名が異なれば、血中濃度予測式に反映されません。同一一般名の薬剤は、同一計算式を用いて、グラフ上に合算して表示して頂きたいと考えます。</p>
仕様書 5-10-1	<p>手術室の生体情報モニタ 8 式、内視鏡室の生体情報モニタ 1 式、血管撮影室のポリグラフ 2 式の数値情報の取込という理解で問題ありませんでしょうか？</p>	<p>手術室の生体情報モニタ 7 式、内視鏡室の生体情報モニタ 1 式、血管撮影室の生体情報モニタ 1 式、ポリグラフ 2 式となります。</p>
仕様書 5-11-12、6-2-1	<p>N E C 側での手術申込 10 件の取込改修の費用についても、本調達に含めるという事でしょうか？</p>	左記のご認識で相違ありません。
仕様書 6-3-2	<p>現状環境と同様に、「VPN 接続のパスワードを 16 桁以上の英字、数字、記号を用いて定期的に変更できる環境を本院より提供する」という理解で問題ありませんでしょうか？</p>	<p>パスワードに関しては 16 桁以上の英字、数字、記号で設定しますが、内容は当法人と協議の上で決定します。</p>

以上